BAC A SHAMPOOING

Réf.N° : 16 350 40

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi le Bac à shampooing distribué par la société COMED et nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction. Vous pouvez dans tous les cas nous rejoindre pour de plus amples informations à notre adresse ci-dessous ou nous écrire par e-mail à info@comed.fr

1. Dépliez le bac à shampooing de manière à ce que celui-ci perde ses marques de plis. Gonflez le à l'aide d'un gonfleur (non inclus, ref COMED 16 350 42) ou à la bouche.
2. Placez le bac sous la tête du patient en respectant l'emplacement pour la nuque.
3. Placez l'extrémité du tuyau de vidange dans un récipient situé plus bas que le bac à shampooing.
4. Après le shampooing, rincez avec de l'eau (réservoir avec douchette en option, ref COMED 16 350 45).
5. Pour évacuer l'eau du bac, ouvrez la bouche d'évacuation située au fond du bassin. Vous pouvez ensuite retirer le bac de la tête du patient.
6. Veillez à bien rincer et sécher le bac après utilisation. Pour un meilleur séchage, laisser le gonflé quelques heures

Sté. COMED , Parc des forges , 8 Rue Louise Michel 67200 STRASBOURG -FRANCE ,
Tél. : 03 88 77 13 00 , Fax : 03 88 77 00 70 Site : www.comed.fr
E-mail : info@comed.fr